NN 133/2020 (2.12.2020.), Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

2544

Na temelju članka 25. stavka 7. i članka 32. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14 i 111/18), glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O OVJERNIM RAZDOBLJIMA ZA POJEDINA ZAKONITA MJERILA I NAČINU NJIHOVE PRIMJENE I O UMJERNIM RAZDOBLJIMA ZA ETALONE KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA OVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju ovjerna razdoblja za pojedina zakonita mjerila koja imaju prvu ovjeru i način njihove primjene.

(2) Ovim se Pravilnikom utvrđuju umjerna razdoblja za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila.

II. OVJERNA RAZDOBLJA ZA ZAKONITA MJERILA

Članak 2.

Ovjerna razdoblja za redovno ovjeravanje zakonitih mjerila su:

1. DULJINA	
a) Materijalizirana mjerila za duljinu veća od 1m	2 godine
b) Dimenzionalni mjerni instrumenti	1 godina
c) Automatska mjerila razine	1 godina
2. OBUJAM	
a) Spremnici	10 godina
b) Vodomjeri	5 godina
c) Mjerila protoka pitke vode	5 godina
d) Mjerila protoka industrijske ili otpadne vode	5 godina
e) Mjerila toplinske energije	5 godina
f) Mjerila obujma alkohola, bezalkoholnih pića, piva, mlijeka	1 godina
g) Agregati za istakanje goriva za motorna vozila	2 godine
h) Agregati za istakanje ukapljenog naftnog plina (UNP) za motorna vozila	1 godina
i) Agregati za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila	1 godina
j) Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industriji	1 godina
k) Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za goriva i na mjestima za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima	1 godina
l) Mjerilo razine u komori na mjernom sustavu na autocisterni za gorivo	1 godina
m) Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za ukapljeni naftni plin (UNP)	1 godina
n) Temperaturni kompenzatori	1 godina
o) Plinomjeri maksimalnog protoka do 10 m^3/h	10 godina
Ako se mjerna točnost tih mjerila utvrdi statističkom metodom ispitivanja produljuje se ovjerno razdoblje za	4 godine
p) Turbinski plinomjeri i plinomjeri sa rotacijskim klipovima maksimalnog protoka do 250 m^3/h	12 godina
r) Plinomjeri maksimalnog protoka iznad 10 m^3/h, turbinski plinomjeri i plinomjeri sa rotacijskim klipovima maksimalnog protoka iznad 250 m^3/h	16 godina
s) Uređaji za pretvorbu obujma plina (korektori)	5 godina
3. MASA	
a) Utezi razreda točnosti F1, F2, M1, M2 i M3	2 godine
b) Utezi razreda točnosti F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 koji se upotrebljavaju kao kontrolni utezi za ovjeravanje vaga i utega	1 godina

c) Kontrolne vage za ovjeravanje utega razreda točnosti F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3	1 godina
d) Neautomatske vage razreda točnosti (I)	2 godine
e) Neautomatske vage razreda točnosti (II)	2 godine
f) Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) do 9000 kg	2 godine
g) Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) iznad 9000 kg	2 godine
h) Automatske vage	1 godina
i) Mjerne naprave vaga najvećeg mjerenja iznad 9000 kg	6 godina
4. TLAK	
a) Tlakomjeri za mjerenje krvnog tlaka	2 godine
b) Manometri, vakuumometri i manovakuumometri	2 godine
c) Tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama	1 godina
5. ELEKTRIČNA ENERGIJA	
a) Jednofazna i trofazna brojila	12 godina
b) Brojila za priključak preko mjernih transformatora	8 godina
c) Mjerila koja se upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija	2 godine
6. SPECIJALNA NAMJENA	
a) Etilometri (uređaji za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika)	1 godina
b) Mjerila duljine puta	1 godina
c) Taksimetri	1 godina
d) Mjerila brzine vozila u cestovnom prometu	1 godina
e) Mjerila sile kočenja na obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila (cestovnih vozila)	1 godina
f) Uređaji kojima se određuje neprozirnost ispušnih plinova motora cestovnih vozila s kompresijskim paljenjem	1 godina
g) Analizatori ispušnih plinova	1 godina
h) Infracrveni analizatori za mjerenje sadržaja proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta	1 godina
i) Vlagomjeri za žitarice i uljarice	1 godina
j) Mjerila prividne gustoće žita	1 godina
k) Mjerila širine i nadvišenja kolosijeka	2 godine

Članak 3.

Mjerila izrađena od stakla, porculana ili keramike ne podliježu ponovnom ovjeravanju.

Članak 4.

(1) Mjerila koja se upotrebljavaju u zakonskom mjeriteljstvu, a nisu navedena u ovom Pravilniku moraju imati prvu ovjeru.

(2) Mjerila iz stavka 1. ovoga članka ponovno se ovjeravaju u slučaju popravka ili na zahtjev korisnika.

Članak 5.

Kada funkciju određenog mjerila navedenog u članku 2. ovoga Pravilnika ostvaruje mjerni sustav koji se sastoji od više mjerila za mjerenje različitih fizikalnih veličina ili pretvorbu različitih fizikalnih veličina, ili pretvorbu omjera (mjerila temperature, mjerila tlaka, mjerila gustoće, mjerila viskoznosti i sl.), tada će se razdoblje određeno za ponovno ovjeravanje navedenog mjerila primijeniti na sve elemente toga mjernog sustava osim mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju.

Članak 6.

(1) Ovjerno razdoblje za redovno ovjeravanje mjerila kojima je ovjerno razdoblje označeno ovjernom oznakom u obliku naljepnice počinje teći od prvog dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je ovjeravanje obavljeno i vrijedi do kraja označenog mjeseca i godine ovjernog razdoblja propisanog člankom 2.

(2) Ovjerno razdoblje za redovno ovjeravanje mjerila kojima je ovjerno razdoblje označeno ovjernom oznakom u obliku žiga za utiskivanje ili godišnjom ovjernom oznakom za komunalna mjerila i mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju počinje teći od prvoga dana kalendarske godine koja slijedi iza godine u kojoj je ovjeravanje obavljeno i vrijedi do kraja kalendarske godine ovjernog razdoblja propisanog člankom 2.

(3) Ovjerno razdoblje za redovno ovjeravanje mjerila iz članka 2. točke 3.b) i 3.c) počinje teći od dana ovjeravanja.

(4) Vlasnici mjerila obvezni su najkasnije 30 dana prije isteka ovjernog razdoblja podnijeti zahtjev za redovno ovjeravanje mjerila.

(5) Za obračunska komunalna mjerila temeljem kojih se utvrđuje cijena električne energije ili plina obveza iz stavka 4. ovoga članka odnosi se na operatora distribucijskog sustava.