NN 133/2020 (2.12.2020.), Pravilnik o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlaštena tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje te ovjernih isprava

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

2545

Na temelju članka 21. stavka 2. članka 25. stavka 7. i članka 31. stavka 2. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« br. 74/14 i 111/18) glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O VRSTI, OBLIKU I NAČINU POSTAVLJANJA DRŽAVNIH OVJERNIH OZNAKA KOJE SE RABE KOD OVJERAVANJA ZAKONITIH MJERILA, OZNAKA ZA OZNAČIVANJE MJERILA, OZNAKA KOJE RABE OVLAŠTENA TIJELA ZA PRIPREMU ZAKONITIH MJERILA ZA OVJERAVANJE TE OVJERNIH ISPRAVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju vrste, oblik i način postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanje zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila i ovjerne isprave koje Državni zavod za mjeriteljstvo i ovlaštena tijela za ovjeravanje zakonitih mjerila (u daljnjem tekstu: ovjeravatelji) i ovlaštena tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila ili ih upotrebljavaju za označivanje značajki bitnih za uporabu mjerila, za sprečavanje odvajanja, pomicanja ili mijenjanja sastavnih dijelova ili sklopova mjerila te označivanje dokumenata.

(2) Vrste, oblik i način postavljanja oznaka i isprava iz stavka 1. ovoga članka opisani su u Dodatku koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 2.

Kod ovjeravanja mjerila i označivanja značajki bitnih za uporabu mjerila rabe se ove oznake i isprave za ovjeravanje ili označivanje mjerila i dokumenata:

1. pečat za dokumente ovlaštenog mjeritelja
2. oznake za ovjeravanje i zaštitu mjerila u obliku naljepnice
3. oznake za ovjeravanje i zaštitu mjerila u obliku žiga za utiskivanje
4. oznaka za zaštitu mjerila u obliku plastične plombe
5. oznake za označivanje mjerila
6. oznake ovlaštenih tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje
7. ovjerna isprava – Ovjernica.

II. NAKNADE

Članak 3.

Iznos i način plaćanja naknade za troškove izrade ovjernih oznaka i isprava utvrđen je propisom kojim se utvrđuje visina i način plaćanja naknada za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovjerne oznake i isprave, kojima je potvrđena sukladnost mjerila odobrenom tipu mjerila i propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima, prema Naredbi o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanja mjerila, oznaka koje rabe ovlašteni servisi te ovjernih isprava

(»Narodne novine« br. 113/09, 134/09 i 58/11) vrijede do isteka ovjernog razdoblja ovjerenog mjerila.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Naredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanja mjerila, oznaka koje rabe ovlašteni servisi te ovjernih isprava (»Narodne novine« br. 113/09, 134/09 i 58/11).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 011-02/20-02/02
Urbroj: 558-02/1-20-1
Zagreb, 25. studenoga 2020.

Glavna ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.

DODATAK

VRSTE, OBLIK I NAČIN POSTAVLJANJA OZNAKA I ISPRAVA

Ovim Dodatkom propisuju se vrste, oblik i način postavljanja oznaka i isprava koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila ili ih upotrebljavaju za označivanje značajki bitnih za uporabu mjerila, za sprečavanje odvajanja, pomicanja ili mijenjanja sastavnih dijelova ili sklopova mjerila te označivanje dokumenata.

Vrste oznaka i isprava za ovjeravanje ili označivanje mjerila i dokumenata:

1. pečat za dokumente ovlaštenog mjeritelja
2. oznake za ovjeravanje i zaštitu mjerila u obliku naljepnice
3. oznake za ovjeravanje i zaštitu mjerila u obliku žiga za utiskivanje
4. oznaka za zaštitu mjerila u obliku plastične plombe
5. oznake za označivanje mjerila
6. oznake ovlaštenih tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje
7. ovjerna isprava – Ovjernica

1. PEČAT ZA DOKUMENTE OVLAŠTENOG MJERITELJA

Pečat za dokumente ovlaštenog mjeritelja (slika 1.) okruglog je oblika promjera 24 mm u kojemu se nalazi znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka »HR«, a između visećih zdjelica je brojčana oznaka ovjeravatelja. Ispod navedenog znaka nalazi se broj ovlaštenog mjeritelja. Ovlašteni mjeritelj pečatom potvrđuje potpis na ispitnom izvješću.



Slika 1. Pečat za dokumente ovlaštenog mjeritelja


2. OZNAKE ZA OVJERAVANJE I ZAŠTITU MJERILA U OBLIKU NALJEPNICE

a) Ovjerna oznaka

Ovjerna oznaka (slika 2.) označava godinu i mjesec isteka ovjernog razdoblja (probušeni brojevi).

Ovjerna oznaka izrađena je od samoljepljivog sintetskog materijala žute boje sa crno otisnutim oznakama. Oznaka je okruglog oblika promjera 28 mm. Sastoji se od središnjeg kruga i dva prstena oko nje. U središnjem krugu nalazi se znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka »HR«, a između visećih zdjelica je brojčana oznaka ovjeravatelja. U vanjskom prstenu, s desne i lijeve strane su brojke od 0 do 9. Brojevi na lijevoj strani predstavljaju desetice godine

(desetljeće), a brojevi na desnoj strani predstavljaju jedinice godine (godina) isteka ovjernog razdoblja. Unutarnji prsten sadrži brojeve 1 do 12, koji predstavljaju mjesec isteka ovjernog razdoblja. Na dnu oznake nalazi se redni broj naljepnice. Slova i brojevi su u crnoj boji, a linije u žutoj boji. Naljepnica ima UV zaštitu (nevidljiva boja).



Slika 2. Ovjerna oznaka

Godina i mjesec isteka ovjernog razdoblja označava se bušenjem desetice godine (desetljeće) na lijevoj strani vanjskog prstena naljepnice i jedinice godine (godina) na desnoj strani vanjskog prstena naljepnice. Mjesec isteka ovjernog razdoblja označava se bušenjem broja mjeseca u unutarnjem prstenu naljepnice.

Ovjernom oznakom u obliku naljepnice, nakon označivanja bušenjem, ovjeravatelji označavaju mjerila koja su zadovoljila mjeriteljske i tehničke zahtjeve. Stavlja se na određeno mjesto na mjerilu sukladno rješenju o odobrenju tipa mjerila odnosno tako da je korisniku usluge jasno vidljiva prilikom uporabe mjerila. Ako to nije moguće, zbog tehničkih karakteristika mjerila, ova se oznaka može staviti na ambalažu koja je sastavni dio mjerila i označena je brojem ili oznakom mjerila ili na ovjernicu.

b) Ovjerna oznaka za ovjeravanje taksimetara


Ovjerna oznaka za ovjeravanje taksimetara (slika 3.) označava godinu i mjesec isteka ovjernog razdoblja (probušeni brojevi).

Ovjerna oznaka izrađena je od samoljepljivog sintetskog materijala žute boje sa crno otisnutim oznakama. Oznaka je okruglog oblika promjera 60 mm. Sastoji se od središnjeg kruga i dva prstena oko nje. U središnjem krugu nalazi se znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka »HR«, a između visećih zdjelica je brojčana oznaka ovjeravatelja. U vanjskom prstenu, s desne i lijeve strane su brojke od 0 do 9. Brojevi na lijevoj strani predstavljaju desetice godina (desetljeće), a brojevi na desnoj strani predstavljaju jedinice godine (godina) isteka ovjernog razdoblja. Unutarnji prsten sadrži brojeve 1 do 12, koji predstavljaju mjesec isteka ovjernog razdoblja. Na vrhu oznake nalazi se tekst TAXI a na dnu oznake nalazi se redni broj naljepnice.

Slova i brojevi su u crnoj boji, a linije u žutoj boji. Naljepnica ima UV zaštitu (nevidljiva boja).

Godina i mjesec isteka ovjernog razdoblja označava se bušenjem desetice godine (desetljeće) na lijevoj strani vanjskog prstena naljepnice i jedinice godine (godina) na desnoj strani vanjskog prstena naljepnice. Mjesec isteka ovjernog razdoblja označava se bušenjem broja mjeseca u unutarnjem prstenu naljepnice.

Oznaka se, nakon označivanja bušenjem, skida s podloge i stavlja na unutarnju stranu vjetrobranskog stakla vozila na kojemu je obavljeno ovjeravanje taksimetra i to s desne strane.



Slika 3. Ovjerna oznaka za ovjeravanje taksimetara

Ovjernom oznakom za ovjeravanje taksimetara označuju se taksimetri koji su zadovoljili mjeriteljske i tehničke zahtjeve.

c) Godišnja ovjerna oznaka za komunalna mjerila i mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju

Godišnja ovjerna oznaka za komunalna mjerila i mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju (slika 4.) izrađena je od samoljepljivog sintetskog materijala žute boje. Okruglog je oblika promjera 10 mm. U sredini naljepnice crno je otisnuta oznaka »HR«. Iznad ove oznake nalaze se dvije posljednje znamenke broja godine u kojoj je obavljeno ovjeravanje. Ispod ove oznake nalazi se brojčana oznaka ovjeravatelja.



Slika 4. Godišnja ovjerna oznaka za komunalna mjerila i mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju

Ovom oznakom ovjeravatelji označavaju komunalna mjerila (vodomjere i plinomjere) i mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju, a koja su zadovoljila mjeriteljske i tehničke zahtjeve. Stavlja se na komunalna mjerila umjesto žiga za utiskivanje pri čemu je zaštita od otvaranja i podešavanja mjerila drugačije onemogućena, a mjerila se ne rabe u takvim uvjetima pri kojima može doći do oštećenja ove naljepnice. Također, stavlja se i na mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju. Uporaba ove naljepnice određuje se odobrenjem tipa mjerila ili drugim propisom.

Godišnja ovjerna oznaka za komunalna mjerila i mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju stavlja se na određeno mjesto na mjerilu sukladno odobrenju tipa mjerila, ali ne smije utjecati na uporabu mjerila.

d) Zaštitna oznaka za taksimetre

Zaštitna oznaka za taksimetre (slika 5.) izrađena je od samoljepljivog sintetskog materijala metalik sive boje. Pravokutnog je oblika veličine 25 mm × 15 mm. Na oznaci se nalazi znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka »HR«, a između visećih zdjelica je brojčana oznaka ovjeravatelja.