NN 66/2018 (20.7.2018.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1351

Na temelju članka 25. stavka 7. i članka 32. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14) ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OVJERNIM RAZDOBLJIMA ZA POJEDINA ZAKONITA MJERILA I NAČINU NJIHOVE PRIMJENE I O UMJERNIM RAZDOBLJIMA ZA ETALONE KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA OVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA

Članak 1.

U Pravilniku o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (»Narodne novine«, br. 107/15 i 82/17) članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovjerna razdoblja za redovno ovjeravanje zakonitih mjerila su:

1. DULJINA	
a) Materijalizirana mjerila za duljinu veća od 1m	2 godine
b) Dimenzionalni mjerni instrumenti	1 godina
c) Automatska mjerila razine	1 godina
2. OBUJAM	
a) Spremnici	10 godina
b) Vodomjeri	5 godina
c) Mjerila toplinske energije	5 godina
d) Mjerila obujma alkohola, bezalkoholnih pića, piva, mlijeka	1 godina
e) Agregati za istakanje goriva za motorna vozila	2 godine
f) Agregati za istakanje ukapljenog naftnog plina (UNP) za motorna vozila	1 godina
g) Agregati za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila	1 godina
h) Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industriji	1 godina
i) Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za goriva i na mjestima za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima	1 godina
j) Mjerilo razine u komori na mjernom sustavu na autocisterni za gorivo	1 godina
k) Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za ukapljeni naftni plin (UNP)	1 godina
l) Temperaturni kompenzatori	1 godina
m) Plinomjeri maksimalnog protoka do 10 m^3/h	10 godina
Ako se mjerna točnost tih mjerila utvrdi statističkom metodom ispitivanja produljuje se ovjerno razdoblje za	4 godine
n) Turbinski plinomjeri i plinomjeri sa rotacijskim klipovima maksimalnog protoka do 250 m^3/h	12 godina
o) Plinomjeri maksimalnog protoka iznad 10 m^3/h, turbinski plinomjeri i plinomjeri sa rotacijskim klipovima maksimalnog protoka iznad 250 m^3/h	16 godina
p) Uređaji za pretvorbu obujma plina (korektori)	5 godina
3. MASA	
a) Utezi razreda točnosti F1, F2, M1, M2 i M3	2 godine
b) Utezi razreda točnosti F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 koji se upotrebljavaju kao kontrolni uređaji za ovjeravanje vaga i utega	1 godina
c) Neautomatske vage razreda točnosti (I)	2 godine
d) Neautomatske vage razreda točnosti (II)	2 godine
e) Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) do 9000 kg	2 godine