

NN 82/2017 (23.8.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1996

Na temelju članka 25. stavka 7. i članka 32. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14) ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OVJERNIM RAZDOBLJIMA ZA POJEDINA ZAKONITA MJERILA I NAČINU NJIHOVE PRIMJENE I O UMJERNIM RAZDOBLJIMA ZA ETALONE KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA OVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA

Članak 1.

U Pravilniku o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (»Narodne novine« broj 107/15) članak 2. mijenja se i glasi:

Ovjerna razdoblja za redovno ovjeravanje zakonitih mjerila su:

	Ovjerno razdoblje
1. DULJINE	
a) Materijalizirana mjerila za duljinu	2 godine
b) Dimenzionalni mjerni instrumenti	1 godina
c) Automatsko mjerilo razine	1 godina
2. OBUJMA	
a) Spremnici	10 godina
b) Vodomjeri	5 godina
c) Mjerila toplinske energije	5 godina
d) Mjerilo obujma alkohola, bezalkoholnih pića, piva, mlijeka	1 godina
e) Agregati za istakanje goriva za motorna vozila	1 godina
f) Agregati za istakanje ukapljenog naftnog plina (UNP) za motorna vozila	1 godina
g) Agregati za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila	1 godina
h) Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industriji	1 godina
i) Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za goriva i na mjestima za ukrcaj u autocisterne, vagnske cisterne ili cisterne na plovilima	1 godina
j) Mjerni sustavi na autocisternama za goriva s mjerenjem razine u komorama	1 godina
k) Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za ukapljeni naftni plin (UNP)	1 godina
l) Temperaturni kompenzatori	1 godina
m) Plinomjeri maksimalnog protoka do 10 m3/h	8 godina
Ako se mjerna točnost tih mjerila utvrdi statističkom metodom ispitivanja produljuje se ovjerno razdoblje za	4 godine
n) Turbinski plinomjeri i plinomjeri sa rotacijskim klipovima maksimalnog protoka do 250 m3/h	12 godina
o) Plinomjeri s mjehovima maksimalnog protoka iznad 10 m3/h, turbinski plinomjeri i plinomjeri sa rotacijskim klipovima maksimalnog protoka iznad 250 m3/h	16 godina
p) Uređaji za pretvorbu obujma plina (korektori)	5 godina
3. MASE	
a) Utezi razreda točnosti F1, F2, M1, M2 i M3	2 godine
b) Utezi razreda točnosti F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 koji se upotrebljavaju kao kontrolni uređaji za ovjeravanje vaga i utega	1 godina
c) Neautomatske vage razreda točnosti (I)	2 godine