

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2612

Na temelju članka 221. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) na prijedlog Hrvatskih voda, uz suglasnost Hrvatske akreditacijske agencije, ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UZIMANJA UZORAKA I ISPITIVANJA VODA

Članak 1.

U Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (»Narodne novine«, broj 74/13) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom se propisuju posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda, sedimenta i biote, osim vode namijenjene za ljudsku potrošnju sukladno posebnim propisima o vodi za ljudsku potrošnju, osobito tehničke specifikacije ispitivanja i praćenja stanja voda, sedimenta, biote i emisija otpadnih voda, minimalni izvedbeni zahtjevi za metode analize koje se primjenjuju pri praćenju stanja voda, sedimenta i biote, pravila za dokazivanje kvalitete analitičkih rezultata, uvjeti tehničke opremljenosti, brojnosti i stručnosti zaposlenika.«.

Članak 2.

U članku 3. u točki 4. na kraju rečenice točka se zamjenjuje točkom-zarezom te se dodaje točka 5. koja glasi:

»5. »Ministarstvo« je ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo.«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. iza riječi: »upravljanja« dodaje se riječ: »kvalitetom«.

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Djelatnost ispitivanja voda obuhvaća pokazatelje određene propisima o standardu kakvoće voda, o kakvoći vode za kupanje i o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda te pokazatelje obuhvaćene posebnim programima ispitivanja, razvrstane u sljedeće skupine:

1. fizikalno-kemijski pokazatelji
2. kemijski pokazatelji
3. biološki pokazatelji
4. mikrobiološki pokazatelji

5. ekotoksikološki pokazatelji i

6. hidromorfološki, uključujući i hidrološke pokazatelje.«.

Članak 5.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ako stranka podnosi zahtjev za dobivanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za dokumentirane i validirane metode iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, dužna je uz uvjete iz članka 9. ovoga Pravilnika i stavka 1. točke 1. ovoga članka ispuniti i dodatne uvjete ovlašćivanja iz Priloga ovoga Pravilnika.«.

Članak 6.

U članku 11. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Obvezu iz stavka 1. ovoga članka ovlašteni laboratorij mora izvršiti najmanje jednom u pet godina za svaki pokazatelj, a rezultate sudjelovanja u programima ispitivanja sposobnosti dostaviti Ministarstvu jednom godišnje, a najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.«.

Članak 7.

Članak 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

»O prestanku postojanja i/ili o promjeni posebnih uvjeta iz članaka 9. i 10. ovoga Pravilnika tijekom trajanja rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta, ovlašteni laboratorij dužan je obavijestiti Ministarstvo, pisanim putem, bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od prestanka postojanja i/ili od promjene posebnih uvjeta.«.

Članak 8.

U članku 15. točki 1. riječi: »ne stariji od 30 dana; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenom preslici« brišu se.

U točki 6. riječ: »dokumentaciju« zamjenjuje se riječju: »dokumentacija«.

Članak 9.

U nazivu glave 8. riječi: »NAKON IZDAVANJA RJEŠENJA O ISPUNJENJU POSEBNIH UVJETA« brišu se.

Članak 10.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Ovlašteni laboratoriji dužni su uz obveze iz članka 11. ovoga Pravilnika izvršavati i obveze iz članaka 24. i 25. ovoga Pravilnika.«.

Članak 11.

U članku 24. stavku 1. iza riječi: »voda« stavlja se zarez i dodaju riječi: »sedimenta i biote u površinskim vodama«.

Članak 12.

U članku 25. stavku 3. iza riječi: »njihove« dodaje se riječ: »odgovarajuće«.

Članak 13.

U članku 26. riječi: »ovog pravilnika« zamjenjuju se riječima: »ovoga Pravilnika«.

Članak 14.

Prilog Dodatni uvjeti ovlašćivanja mijenja se i glasi:

»PRILOG

DODATNI UVJETI OVLAŠĆIVANJA

I.

Poslove uzimanja uzoraka i ispitivanja voda može obavljati pravna osoba koja ispunjava posebne uvjete sukladno člancima 9. i 10. ovoga Pravilnika te uvjete:

- tehničke opremljenosti (radne prostorije, oprema i pribor) i
- stručnosti i brojnosti zaposlenika.

II. UVJETI TEHNIČKE OPREMLJENOSTI

1. Radne prostorije

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja fizikalno-kemijskih pokazatelja u vodi mora imati u vlasništvu ili zakupu odvojene radne prostorije, i to:

- s tekućom vodom, radnim površinama i digestorom,
- za smještaj analitičkih instrumenata,
- za pranje i sušenje laboratorijskog posuđa i
- za obradu rezultata i pripremu izvješća.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja kemijskih pokazatelja u vodi mora imati u vlasništvu ili zakupu odvojene radne prostorije navedene u stavku 1. ove točke i dodatne radne prostorije, i to:

- za pripremu uzoraka i
- instrumentalna analitička ispitivanja, ovisno o ispitivanjima koja obavlja.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja bioloških pokazatelja u vodi mora imati u vlasništvu ili zakupu odvojene radne prostorije, i to:

- za pripremu uzoraka, biološka ispitivanja i mikroskopiranje,
- za pranje i sušenje laboratorijskog posuđa i
- za obradu rezultata i pripremu izvješća.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja mikrobioloških pokazatelja u vodi, mora imati u vlasništvu, zakupu ili najmu odvojene radne prostorije, i to:

- za naciepljivanje i očitavanje rezultata,
- za pranje i sterilizaciju pribora, opreme i laboratorijskog posuđa i
- za obradu rezultata i pripremu izvješća.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja ekotoksikoloških pokazatelja u vodi, uz prostorije navedene u stavku 1. i 4. ove točke, mora imati u vlasništvu ili zakupu radne prostorije, i to:

- s mogućnošću podešavanja i održavanja stalne temperature za određivanje biološke razgradnje i

- za određivanje toksičnosti na indikatorske organizme.

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda za dvije ili više skupina pokazatelja ili za dva ili više pokazatelja iz različitih skupina pokazatelja iz članka 6. ovoga Pravilnika, može umjesto prostorija iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ove točke imati u vlasništvu ili zakupu zajedničku prostoriju za pranje i sušenje laboratorijskog posuđa i zajedničku prostoriju za obradu rezultata i pripremu izvješća.

2. Oprema i pribor

Stranka koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelja u vodi, ovisno o pokazatelju za čije se ispitivanje ovlašćuje, mora imati u vlasništvu ili leasingu sljedeću opremu i pribor:

- analitičku vagu s ispitnim podjeljkom ljestvice od 0,0001 g,
- tehničku vagu,
- sušionik s podešavanjem temperature do 250 °C,
- električnu peć za žarenje s podešavanjem temperature do 600 °C,
- termostat na 20 °C,
- vodenu kupelj za uparavanje,
- UV/VIS spektrofotometar ili fotometar ili automatski analizator ili ionski kromatograf,
- hladnjak,
- konduktometar,
- pH metar,
- eksikator,
- digestor,
- vakuum sisaljku i pribor za filtraciju,
- uređaj za pripravu čiste laboratorijske vode,
- termometre,
- laboratorijsko posuđe i pribor, kemikalije,
- opremu za uzimanje uzoraka vode,
- atomski apsorpcijski spektrometar s plamenom, elektrotermičkom i hidridnom tehnikom, i/ili maseni spektrometar s induktivno spregnutom plazmom ili optički emisijski spektrometar s induktivno spregnutom plazmom i/ili analizator žive,
- plinski kromatograf s plameno-ionizacijskim detektorom i/ili detektorom zahvata elektrona,
- vezani sustav plinska kromatografija s 1 ili 2 spektrometra masa,
- analizator organskog ugljika,
- tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti s različitim detektorima ili vezani sustav tekućinski kromatograf s 1 ili 2 spektrometra masa i