

ΟΙ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2016

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 11ΣΤ-(1)

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που ανατίθενται σ' αυτόν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 11ΣΤ των περί Οδικής Ασφάλειας Νόμων του 1986 μέχρι 2016, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα.

174 του 1986
33(Ι) του 2000
108(Ι) του 2001
50(Ι) του 2003
60(Ι) του 2003
173(Ι) του 2003
24(Ι) του 2006
5(Ι) του 2007
89(Ι) του 2012
47(Ι) του 2015
56(Ι) του 2015
13(Ι) του 2016.

Συνοπτικός τίτλος.

1. Το παρόν διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Οδικής Ασφάλειας (Προδιαγραφών Συσκευών Προκαταρκτικής Εξέτασης που ανιχνεύει την τυχόν ύπαρξη Ναρκωτικών σε Δείγμα Σάλιου) Διάταγμα του 2017.

Ερμηνεία.

2. (1) Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Νόμος» σημαίνει τον περί Οδικής Ασφάλειας Νόμο του 1986, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(2) Όροι, η έννοια των οποίων δεν ορίζεται ειδικά στο παρόν Διάταγμα, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.

Προδιαγραφές
Συσκευών
Προκαταρκτικής
Εξέτασης.

3. Οι Προδιαγραφές των Συσκευών Προκαταρκτικής Εξέτασης που ανιχνεύουν την τυχόν ύπαρξη Ναρκωτικών σε Δείγμα Σάλιου για σκοπούς του Νόμου καθορίζονται ως ακολούθως:

(1) Ανιχνευόμενες ουσίες των Συσκευών Προκαταρκτικής Εξέτασης:

Κάνναβη, Κοκαΐνη, Οπιοειδή και Αμφεταμίνες στο σάλιο.

(2) Ελάχιστο όριο ανίχνευσης:

(α) Δ⁹THC (KANNABH): 15 ng/ml

(β) COCAINE OR BENZOYL ECGONINE: 20 ng/ml

(γ) METHAMPHETAMINE: 80 ng/ml

(δ) AMPHETAMINE: 80 ng/ml

(ε) MORPHINE OR 6 MONOACETYLMORPHINE: 20 ng/ml

(3) Ακρίβεια αποτελέσματος με βάση τα όρια ανίχνευσης κάθε ουσίας, όπως αυτά καταγράφονται στο παρόν εδάφιο (ορθώς αρνητικά αποτελέσματα): τουλάχιστον 95%.

(4) Μέγιστη ποσότητα δείγματος σάλιου που απαιτείται σε κάθε δειγματοληψία για τον έλεγχο: 200μl.

(5) Η Συσκευή Προκαταρκτικής Εξέτασης να είναι χειροκίνητης λειτουργίας και να μην απαιτείται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

(6) Η Συσκευή Προκαταρκτικής Εξέτασης να διαθέτει εμφανή ένδειξη για λήψη ικανοποιητικής ποσότητας σάλιου για τον έλεγχο.

(7) Ο χρόνος εξέτασης του δείγματος και εμφάνισης του αποτελέσματος μετά την επιτυχή δειγματοληψία της Συσκευής Προκαταρκτικής Εξέτασης να μην υπερβαίνει τα 8 (οκτώ) λεπτά.

(8) Η Συσκευή Προκαταρκτικής Εξέτασης θα διαθέτει σαφή και ευδιάκριτη ένδειξη ορθής λειτουργίας της συσκευής (control line).

(9) Η ένδειξη του αποτελέσματος να είναι ευδιάκριτη για τουλάχιστον 10 (δέκα) λεπτά.

(10) Η χρήση της Συσκευής Προκαταρκτικής Εξέτασης να μην είναι τοξική ή επιβλαβής για την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού.