



Laidiens: 23.12.2005., Nr. 206

Ministru kabineta noteikumi Nr.977

Rīgā 2005.gada 20.decembrī (prot. Nr.76 65.§)

Prasības mēraparātiem, ar kuriem nosaka alkohola koncentrāciju personas izelpotajā gaisā

*Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 43.⁵panta pirmo daļu,
likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu un
likuma "Par mērījumu vienotību" 6.panta otro daļu*

1. Noteikumi nosaka prasības valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautajiem mēraparātiem, ar kuriem nosaka alkohola koncentrāciju personas izelpotajā gaisā (turpmāk - alkometri).
2. Alkometrus, kuri likumīgi ražoti vai laisti apgrozībā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Turcijā vai kuri likumīgi ražoti Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstī, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas līguma līgumslēdzēja puse, ir tiesības piedāvāt Latvijā, ievērojot savstarpējās atzīšanas principu.
3. Alkometrus, kuri ražoti valstī, kas nav minēta šo noteikumu 2.punktā, ir tiesības piedāvāt Latvijā, ievērojot šajos noteikumos minētās prasības.
4. Alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpotajā gaisā izmanto alkometrus, kuriem veikta:
 - 4.1. mēraparāta tipa apstiprināšana un pirmreizējā verificēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību, un to apliecina tipa apstiprināšanas sertifikāts, tipa apstiprinājuma zīme un pirmreizējās verificēšanas atzīme;
 - 4.2. atkārtota verificēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību, un to apliecina verificēšanas sertifikāts un verificēšanas uzlīme.
5. Alkometram izvirzītās prasības minētas šo noteikumu pielikumā.
6. Alkometru metroloģisko uzraudzību veic Valsts metroloģiskā inspekcija.
7. Alkometri, kuri līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai laisti apgrozībā un nodoti lietošanā, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības par metroloģisko kontroli, izmantojami alkohola koncentrācijas noteikšanai personas izelpotajā gaisā līdz 2010.gada 31.decembrim.
8. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 22.jūnija Direktīvas 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 20.jūlija Direktīvas 98/48/EK, ar kuru groza Direktīvu 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš

Pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.977

1. Alkomets nodrošina caur muti izelpotā alveolārā gaisa analīzi.
2. Alkomets nodrošina secīgu mērījumu veikšanu un uzrādīšanu. Alkomets uzrāda, ka tas ir gatavs vai nav gatavs veikt mērījumu.
3. Alkomets uzrāda izelpas nepārtrauktību starp gaisa parauga ņemšanas sākumu un beigām un signalizē (uzrāda), ja izelpojamā gaisa plūsma mitējas (uz brīdi vai pavisam).
4. Alkomets signalizē, ja traucējošo vielu efekts pārsniedz maksimālo robežu.
5. Alkomets nosaka alkohola koncentrāciju izelpā (mērvienība: mg/l) un veic pārrēķinu, nosakot alkohola saturu (koncentrāciju) asinīs (1000 daļa jeb procenta desmitdaļa - promile). Alkometram ir mikroprocesora komplekts, kurš nodrošina alkohola koncentrācijas izelpotajā gaisā pārrēķināšanu alkohola koncentrācijā asinīs promilēs. Alkohola satura asinīs attiecība pret alkohola saturu izelpotajā gaisā ir 2200:1. Rezultāts pielīdzināms alkohola koncentrācijai asinīs.
6. Alkometa mēr diapazons ir no 0,00 mg/l līdz vismaz 1,50 mg/l. Ja masas koncentrācija ir 0,05 mg/l vai mazāka, rādījums var būt 0,00 mg/l.
7. Alkometa indikācijas ierīcei ir:
 - 7.1. iedaļas ar vērtību 0,01 mg/l;
 - 7.2. verificēšanas iedaļas ar vērtību 0,001 mg/l;
 - 7.3. ciparu indikācijas displejs ar izšķiršanas spēju 0,001 mg/l, kas alkometa darbības laikā noapaļots līdz 0,01 mg/l.