



Laidiens: 29.08.2008., Nr. 134

Ministru kabineta noteikumi Nr.693

Rīgā 2008.gada 25.augustā (prot. Nr.60 50.§)

Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu

*Izdoti saskaņā ar likuma “Par mērījumu vienotību” 6.panta otro daļu
un likuma “Par atbilstības novērtēšanu” 7.panta pirmo daļu*

1. Noteikumi nosaka prasības mērīšanas līdzekļu kalibrēšanai, kalibrēšanas periodiskumu, mērīšanas līdzekļu precizitātes klases, kā arī mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību.
2. Šo noteikumu prasības piemērojamas mērīšanas līdzekļiem, ar kuriem veic mērījumus, lai nodrošinātu procesiem vai pakalpojumiem noteikto būtisko prasību ievērošanu (pielikums).
3. Mērīšanas līdzekli kalibrē, lai nodrošinātu mērīšanas līdzekļa ticamus rādījumus.
4. Mērīšanas līdzekli kalibrē tā lietotāja norādītajā mērīšanas diapazonā. Mērīšanas līdzekļa lietotājs ir atbildīgs par kalibrētā mērīšanas līdzekļa atbilstību paredzētajai lietošanai.
5. Mērīšanas līdzekļus kalibrē laboratorijas, kuras akreditētas valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025 : 2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”, vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu akreditētas kalibrēšanas laboratorijas (turpmāk – institūcija).
6. Institūcija:
 - 6.1. uz mērīšanas līdzekļa redzamā vietā piestiprina kalibrēšanas uzlīmi. Uzlīme satur šādu informāciju:
 - 6.1.1. uzlīmes kārtas numuru;
 - 6.1.2. kalibrēšanas sertifikāta numuru;
 - 6.1.3. kalibrēšanas laiku (diena, mēnesis un gada pēdējie divi cipari);
 - 6.2. izsniedz mērīšanas līdzekļa lietotājam kalibrēšanas sertifikātu. Kalibrēšanas sertifikāts satur vismaz šādu informāciju: