



Laidiens: 01.07.2005., Nr. 102

Ministru kabineta noteikumi Nr.452

Rīgā 2005.gada 28.jūnijā (prot. Nr.37 10.§)

Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm

Izdoti saskaņā ar likuma “Par mērījumu vienotību” 6.panta otro daļu un 9.panta ceturto un sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1.Noteikumi nosaka valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu atkārtotās verificēšanas kārtību un prasības, apstiprina verificēšanas sertifikāta veidlapas paraugu (1.pielikums) un verificēšanas atzīmes veidus (2.pielikums), kā arī to lietošanas kārtību.

2.Šie noteikumi neattiecas uz mērīšanas līdzekļiem, kuriem nav veikta pirmreizējā verificēšana un tipa apstiprināšana.

3.Noteikumos lietoti šādi termini:

3.1.**apstiprināts tips** — mērīšanas līdzekļa tips, kura atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par metroloģisko kontroli, apliecina pirms ievietošanas tirgū izsniegts tipa apstiprinājuma sertifikāts;

3.2.**atkārtotā verificēšana** — mērīšanas līdzekļa verificēšana pēc iepriekšējās verificēšanas periodiski noteiktos laika intervālos, kā arī verificēšana pēc remonta saskaņā ar procedūru, kas noteikta normatīvajos aktos par metroloģisko kontroli;

3.3.**pirmreizējā verificēšana** — iepriekš neverificēta mērīšanas līdzekļa verificēšana pirms tā ievietošanas tirgū vai nodošanas lietošanai;

3.4.**verificēšanas atzīme** — atzīme uz mērīšanas līdzekļa, kas apliecina mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām.

II. Verificēšanas kārtība un prasības

4.Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautos mērīšanas līdzekļus verificē sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs” (turpmāk — metroloģijas centrs) un institūcijas, kuras ir akreditētas valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” saskaņā ar standarta LVSEN ISO/IEC 17020:2005 “Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju” prasībām un par kuru akreditāciju Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk — verificēšanas laboratorijas).

5.Ekonomikas ministrija sadarbībā ar metroloģijas centru un attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” adaptējamo standartu sarakstu.

6.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” iesniedz publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus piemēro ar konkrēto mērīšanas līdzekli saistītajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildei. Metroloģijas centrs iesniedz publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentu sarakstu, kurus piemēro ar konkrēto mērīšanas līdzekli saistītajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildei (turpmāk — piemērojamie standarti).

7.Verificētajiem mērīšanas līdzekļiem jāatbilst apstiprinātajam tipam (izņemot gadījumus, ja normatīvie akti par mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanu un ievietošanu tirgū to neparedz), jābūt marķētiem normatīvajos aktos par metroloģisko kontroli noteiktajā kārtībā, jābūt pilnā komplektā, lietošanai derīgā tehniskā stāvoklī, bez bojājumiem un jāatbilst šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajai precizitātei (precizitātes klasei).

8.Verificēšanas laboratorijas, verificējot mērīšanas līdzekļus atbilstoši piemērojamajos standartos noteiktajām vai validētajām metodēm:

8.1.pārbauda atbilstību apstiprinātajam tipam;

8.2.pārbauda marķējumus un zīmogojumu;

8.3.pārbauda, vai ir veikta pirmreizējā verificēšana;

8.4.pārbauda iepriekšējās verificēšanas atzīmes un datumu;

8.5.pārbauda, vai ir veiktas visas apkopes (pēc ierakstiem lietošanas dokumentācijā);

8.6.likvidē iepriekš uzlikto verificēšanas atzīmi;

8.7.pārlicinās, vai mērīšanas līdzeklis ir pilnā komplektā;

8.8.pārlicinās, vai mērīšanas līdzeklis ir lietošanai derīgā tehniskā stāvoklī, bez bojājumiem;

8.9.kalibrē mērīšanas līdzekli, lai noskaidrotu tā atbilstību noteiktajai precizitātei (3.pielikums);

8.10.novērtē kalibrēšanas rezultātus atbilstoši noteiktajai precizitātei, ņemot vērā verificēšanas procesa nenoteiktību;

8.11.uzliek mērīšanas līdzeklim redzamā vietā verificēšanas atzīmi un sagatavo verificēšanas sertifikātu vai izsniedz verificēšanas atteikumu un uzliek mērīšanas līdzeklim izbrāķēšanas atzīmi.

9.Mērīšanas līdzekli uzstāda atbilstoši ražotāja instrukcijai. Ja ražotāja instrukcijas nav, mērīšanas līdzekli uzstāda atbilstoši piemērojamiem standartiem, kas publicēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanu un ievietošanu tirgū. Personas, kuras uzstāda mērīšanas līdzekli, ir atbildīgas par mērīšanas līdzekļa uzstādīšanas atbilstību ražotāja instrukcijai vai normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanu un ievietošanu tirgū. Personai, kura uzstāda mērīšanas līdzekli, pirms tā uzstādīšanas jāpārlicinās par tipa apstiprinājumu, pirmreizējo verificēšanu un metroloģisko atzīmju esību uz mērīšanas līdzekļa.

10.Verificēšanas laboratorija ir atbildīga par mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajai precizitātei normatīvajos aktos par verificēšanas intervāliem noteiktajā laika intervālā, ja mērīšanas līdzeklis uzstādīts atbilstoši ražotāja instrukcijai, kā arī uzturēts un lietots paredzētajā jomā atbilstoši lietošanas nosacījumiem.

11.Persona, kas verificē mērīšanas līdzekli, ir tiesīga samazināt verificēšanas periodiskumu, ņemot vērā mērīšanas līdzekļa tehnisko stāvokli. Šajā gadījumā obligāti izsniedz sertifikātu.

III. Verificēšanas sertifikāti un atzīmes