

标 题：强制检定计量器具检定印证的暂行规定

索引号：2020-1604631253325

文 号：国家计量局【86】量局监字第333号

成文日期：1986年09月27日

主题分类：意见

所属机构：计量司

发布日期：2020年11月06日

强制检定计量器具检定印证的暂行规定 （1986年9月27日 国家计量局[86]量局监字第333号）

各省、自治区、直辖市计量局，各国家专业计量站：

为了贯彻计量法，加强计量检定工作和检定印证的管理，维护检定印证的权威性和法制性，今后法定计量检定机构以及授权承担强制检定计量器具的检定单位出具的强制检定计量器具的检定证书和检定结果通知书必须按照我局规定的格式和规格印制（见附件1、附件2）。检定合格印、检定合格证、注销印由我局组织定点统一加工。在加工点未确定之前，暂由各省、自治区、直辖市计量部门，国家专业计量站按以下规定执行。

一、检定合格印

1. 种类与使用范围

- (1) 整印：主要用于有调整腔的定量铰、增铰。
- (2) 喷印：主要用于玻璃量器。
- (3) 钳印：主要用于经检定后，不许擅自拆卸的计量器具，如电表、水表、煤气表、压力表等。
- (4) 漆封印：用途与钳印基本相同，主要用于电工仪表、电子仪器。

2. 尺寸和材质

- (1) 整印：尺寸：根据被检计量器具的尺寸分为6 mm×3 mm，8 mm×4 mm（长×宽）两种。

材质：T8A~T10A碳素工具钢，硬度要求RHC58~62。

- (2) 喷印：尺寸：根据被检计量器具的尺寸分为12 mm ×4 mm和18 mm ×6 mm两种。

材质：100~120号金钢砂。

- (3) 钳印：尺寸：直径9 mm。

材质：45号中碳钢，调质处理。

- (4) 漆封印：尺寸：根据所封部位尺寸自行规定。

材质：火漆、45号中碳钢印。

二、检定合格证

- (1) 使用范围：主要用于量大面广的杆秤，台、地、案秤，天平，血压计，竹木直尺等计量器具。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11_9907

